



FUNDAÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Nº 1.4.015

**Atividade: ENCAMINHAMENTO
PARA CME FILTROS
VENTILADORES BENET (ESTADO)**

Data da Emissão:

20/03/2015

Data da Revisão:

08/04/2019

**Data da Próxima
Revisão:**

08/04/2021

Responsável:

- Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Técnico de Posto

Edição/ Revisão:

02

Objetivo:

- Realizar a esterilização dos filtros e circuito do respirador para retirada de toda matéria orgânica patogênica.

Material:

- Filtro Inspiratório.
- Filtro Expiratório.
- Copo para retirada de Umidade.
- Circuito Respirador (2 traquéias).
- Conexão Y.
- Livro Registro de Quantidade de Esterilização.

Principais atividades

Responsável

- Execução:
- Após saída do paciente retirar o circuito do ventilador (traquéias, conexão Y) e lavar com água e sabão

Enfermeiro,

<ul style="list-style-type: none"> • Pós - Execução: - Desprezar material utilizado, no expurgo; - Lavar as mãos; - Realizar as anotações de enfermagem necessárias. 	Técnico de Enfermagem, Técnico de Posto	
<p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidade exclusiva do enfermeiro. Observar e anotar as condições da pele e/ou presença de secreção no local da inserção; na presença de sinais de infecção, o cateter deve ser retirado e a ponta enviada para cultura • Primeiro curativo manter por 24 horas. Validade do curativo transparente íntegro: 07 dias 		
<p>Resultado Esperado:</p> <p>Observar permeabilidade venosa, prevenir infecção, proteger contra deslocamento e tração.</p>		
<p>Elaborado por:</p> <p>Gilnei Veloso da Silva</p> <p>Coord. UTI</p>	<p>Revisado por:</p> <p>Franciele dos Santos Dutra</p> <p>Chefia UTI</p>	<p>Aprovado por:</p> <p>Loredi Becker</p> <p>Diretora Assistencial</p>