



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO
Nº 1.2.002

Atividade: MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO INTRA-ABDOMINAL

Data da Emissão:
01/04/2015

Data da próxima Revisão:
01/04/2021

Data da Revisão:
01/04/2019

Edição: 03

Responsável:

- ✓ Equipe de enfermagem e médica

Objetivo:

- ✓ Monitorizar o aumento da pressão intra-abdominal, que associado a critérios clínicos, pode sugerir a instalação de síndrome compartimental abdominal.

Principais atividades

MATERIAL NECESSÁRIO:

- ✓ Sonda foley 2 vias;
- ✓ Bolsa coletora;
- ✓ Agulha 40X12;
- ✓ Dânulla;
- ✓ Equipo simples;
- ✓ Soro fisiológico 0,9% 125ml;
- ✓ Dômus ;
- ✓ Monitor multiparamétrico;

Ou

- ✓ Sonda foley 3 vias;
- ✓ Bolsa coletora;
- ✓ Extensor para gastro/jejuno/vesical;
- ✓ Dânulla;
- ✓ Equipo simples
- ✓ Soro fisiológico 0,9% 125ml;
- ✓ Dômus;
- ✓ Monitor multiparamétrico;

PROCEDIMENTO:

Com sonda foley 2vias;

- ✓ Clampear a via de drenagem de urina abaixo do dispositivo de coleta;
- ✓ Limpar o dispositivo de coleta com álcool 70%;
- ✓ Puncionar o dispositivo de coleta com agulha 40x12, montada com dânulla, extensor, equipo de PVC, soro fisiológico e equipo;
- ✓ Infundir 100ml de soro fisiológico na bexiga;
- ✓ Fechar a dânulla para o equipo e abrir para a mensuração como PVC;
- ✓ Esperar a estabilização do nível;
- ✓ Registrar o valor obtido no impresso de controles assistenciais;
- ✓ Liberar via de drenagem;
- ✓ Descontar volume infundido da drenagem de urina.

Com sonda foley 3 vias:

- ✓ Adaptar o extensor para gastro/jejuno/vesical na 3ª via da sonda foley, montado com dânulla, extensor+ equipo de PVC e equipo+soro fisiológico,

✓ Demais procedimentos, conforme descrição para sonda foley 2 vias.

Observações:

- ✓ O ponto zero para mensuração da PIA é a altura da sínfise púbica;
- ✓ O paciente deverá ser mantido em cama plana (cabeceira e pernas a 0º), durante a verificação da PIA;
- ✓ Manter a cama na altura máxima;
- ✓ Deverá ser observado o nº máximo de perfurações do dispositivo de coleta, conforme orientação do serviço de controle de infecção hospitalar.
- ✓ A instalação do sistema para medição da pressão intra-abdominal é de competência exclusiva do médico e do enfermeiro. A medição pode ser realizada pelo técnico de enfermagem.

Resultado Esperado:

- ✓ Mensuração adequada da pressão intra abdominal

Referência Bibliográfica:

Bueno, M. A. S.; Pieri, A.; Sampaio, R. O.; Santos, O. F. P.; Vaidotas, M. Conduas em Emergências: Unidade de primeiro Atendimento (UPA) Hospital Israelita Albert Einstein. São Paulo: Editora Atheneu, 2009. 2v.

Santos, M. N.; Soares, O. M. Urgência e emergência na prática de enfermagem. 1. ed. Porto Alegre,RS: Moriá, 2014. 2v.

Elaborado por:

Patrícia Fanton
Coord. Emergência

Revisado por:

Gilnei Veloso da Silva
Coord. UTI

Aprovado por:

Loredi Becker
Dir. Assistencial