

Atividade:

CONTROLE DE TEMPERATURA DE EQUIPAMENTOS E AMBIENTE

Data da Emissão:
17/01/2020

Data da Revisão:
17/01/2022

Responsável: Técnico de enfermagem.

Objetivo: Monitorar a temperatura dos equipamentos e ambiente das salas de testes e estoque de hemocomponentes, a cada 4 horas, a fim de garantir conformidade com a legislação em hemoterapia.

Materiais Necessários:

- Mapa de Registros de Temperatura;
- Caneta;
- Pasta plástica afixada na parede;
- Termômetros digitais.

Principais atividades

Responsável

Sala de Testes e Estoque de Hemocomponentes (20 a 24°C)

1. Observar a temperatura indicada nos termômetros fixos na parede de cada ambiente a cada 4h;
2. Registrar a temperatura no mapa contido na pasta plástica fixa na parede ao lado do termômetro;
3. Rubricar no final na coluna indicada no mapa.

Geladeira (2 a 6°C) e Freezer de Estoque de Hemocomponentes (inferior a -20°C)

1. Observar a temperatura indicada no termômetro digital de cada equipamento a cada 4hs;
2. Registrar a temperatura no mapa contido na pasta plástica fixada em cada equipamento;
3. Rubricar no final na coluna indicada no mapa.

Geladeira de Reagentes e Amostras (2 a 6°C)

1. Observar a temperatura indicada no termômetro de mercúrio de cada equipamento a cada 4hs;
2. Registrar a temperatura no mapa contido na pasta plástica fixada em cada equipamento;
3. Rubricar no final na coluna indicada no mapa.

Cuidados Especiais

- Evitar rasuras no mapa de registro;
- Ficar atento a cada disparo do alarme sonoro dos equipamentos que os contém;
- Monitorar o cronograma de manutenção preventiva enviado pelo setor de manutenção do hospital;
- Em caso de não conformidades, seguir o indicado no Plano de Contingências do setor.

**Técnico de
Enfermagem**

Resultado Esperado:

- Manter a temperatura adequada para realização de provas pré-transfusionais, armazenamento dos hemocomponentes e reagentes, garantindo transfusão segura.

Elaborado por: Dra Simone Vidor Responsável Técnica Agência Transfusional HMGV	Revisado por: Enfª Aline Ramona Bandeira Enfermeira da Agência transfusional	Aprovado por: Enfª Franciele A. dos Santos Dutra Gerente de Atenção a Saúde do HMGV
---	---	--