



FUNDAÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.5. 054

Atividade:
INSPEÇÃO DOS MATERIAIS

Data da Emissão:
30/06/2014

Data da Revisão:
11/07/2019

Próxima Revisão:
11/07/2021

Edição: 03

Responsável:
TÉCNICO/ AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CME

Objetivo:

- Avaliar por meio da inspeção visual, com o auxílio de lentes intensificadoras de imagem, de no mínimo oito vezes de aumento, complementada, quando indicado, por testes químicos disponíveis no mercado.

Principais atividades:

1. Verificar a presença de sujidade sobre o pano branco;
2. Verificar a presença de sujidade a olho nu, analisando o instrumental do sentido proximal para o distal;
3. Verificar a presença de sujidade com o auxílio de lentes intensificadoras de imagem, analisando o instrumental do sentido proximal para o distal.
4. Se necessário retornar o material para área suja e proceder com limpeza.

Responsável
Enfermeiro

Técnico de
Enfermagem

Resultado Esperado: Que em todos os materiais possamos garantir a qualidade da limpeza.

Referências Bibliográficas: RDC 15 de 15 de Março de 2012/ ROTINA DA UNIDADE

Elaborado por: Neilane Rosito –
Coordenadora - BC
Neilane Rosito
COREN RS95390

Revisado por - Neilane Rosito –
Coordenadora - BC
Neilane Rosito
COREN RS95390

Aprovado por:
LOREDI BECKER DIRETORA
ASSISTENCIAL

Identificação interna do documento I6KWAOSV5N-N4WPXYO2



Nome do arquivo: 54._Inspe__o_201910091111557333086.doc

Data de vinculação ao processo: 09/10/2019 11:11

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Processo: 6906